

Wasserspezifikation

	Vorgaben Kialoa
Gesamtsalzgehalt	100 – 200 mg/L (100 – 200 ppm)
Leitfähigkeit	150 – 350 uS/cm
Gesamthärte	4 – 8 °dH
Karbonathärte	3 – 6 °dH
PH-Wert	6,5 - 7,5
Kupfer	<0,5mg/L
Alkalinität	40 - 70 ppm

Bei der Installation misst unserer Servicetechniker Ihr Wasser und installiert einen geeigneten Wasserfilter, sowie einen Zähler. Kontrollieren Sie den Zähler regelmässig, damit ein verbrauchter Filter rechtzeitig ersetzt werden kann! Die Anzeige zählt rückwärts: Bei 0 ist die Literkapazität erreicht, bei blinkender Anzeige das Ablaufdatum (1 Jahr).

